

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.06.2024 r.

Sprawa ZP/27/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „**Zakup i dostawy gazów medycznych dla WSZ Ostrowiec wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00376183/01 z dnia 20.06.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1 (dot. pakietu nr 2 – Lp. 7):

Czy Zamawiający dopuści „Argon o czystości 5.0 butla 5 dm³” jako gaz techniczny z obowiązującą stawką VAT 23%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 (dot. pakietu nr 2 – Lp. 7):

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 – zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydzielenie do osobnego pakietu poz. Lp. 7 „Argon o czystości 5.0 butla 5 dm³”.

Odp.: Zamawiający **nie wyraża zgody** na wydzielenie do osobnego pakietu poz. Lp. 7 „Argon o czystości 5.0 butla 5 dm³”.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

z upoważnienia Dyrektora
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-CIA DYREKTORA DZ. FINANSOWYCH
BIURO KSIĘGOWY
Joanna Gałęzia
mgr JOANNA GAŁĘZIA