



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448 BDO: 000150922
tel. 571 334 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 13/ZP/2024
DZP/75/2024

Zgorzelec, dnia 12.03.2024r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu na: „Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów kontrolnych oraz innych niezbędnych materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wykonywanych za pomocą mikrometody kolumnowej w trybie automatycznym i manualnym wraz z dzierżawą w pełni automatycznego analizatora i osprzętu do badań manualnych wykonywanych za pomocą metody mikrokolumnowej oraz dzierżawa sprzętu niezbędnego do pracy w Banku Krwi”

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 t. j. ze zm.) odpowiada na następujące pytania:

(ZAPYTANIE NR 1)

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 1 zał. nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

W związku z wymogiem – UWAGA z pkt 26 wytycznych (OPZ – zał. nr 4 do SWZ), które łącznie z tab. nr 1 stanowią podstawę do poprawnego wyliczenia ilości zaoferowanego asortymentu: **„UWAGA 1- Do wszystkich badań przedstawionych w pkt. 1-13, 23-28 tab. 1, musi być doliczona niezbędna liczba kart i krwinek wzorcowych konieczna do testów podczas kwalifikacji nowych kart, odczynników i krwinek wzorcowych – czyli dodatkowych 6 badań na starej serii kart/krwinek” wzorcowych/odczynników i 6 badań na nowej serii kart/krwinek wzorcowych/odczynników – przy każdej dostawie nowej serii lub kolejnej dostawie tej samej serii.**” oraz brakiem możliwości na tym etapie określenia przez Wykonawcę ilości dostaw / rodzajów konkretnych serii dostarczanych odczynników na 36 m-cy okres realizacji umowy uprzejmie prosimy **o dokładne wskazanie na jaką łączną ilość badań** należy doliczyć odpowiednią ilość odczynników do kwalifikacji?

W przypadku braku podania ilości **prosimy o rozważenie modyfikacji „przewidywanych ilości badań”** w tabeli 1 zał. nr 4 do SWZ, tak aby wymagane ilości uwzględniały od razu badania przeznaczone na kwalifikacje.
Uzasadnienie: Powyższe przyczyni się to transparentności odnośnie wymaganych ilości odczynników oraz porównywalności składanych ofert przez Wykonawców.

Odp. Aby przyczynić się do zwiększenia transparentności wymaganych ilości kart, odczynników i krwinek wzorcowych Zamawiający przewiduje ich dostawę 1 raz w miesiącu w związku z tym należy ich liczbę przeliczyć wg wzoru np.

Krwinki wzorcowe A/B dostawa 1 raz w miesiącu, potrzeba 6 kart do kwalifikacji, umowa na 36 miesięcy: 6 kart x 36 dostaw = 216 kart

Zamawiający oczekuje przeliczenia w ten sposób kart z pozycji 1-14

W przypadku fenotypów poz. 23-28 przewiduje dostawę 1 raz na trzy miesiące w związku z tym należy przeliczyć wg wzoru np.

Fenotyp Rh i antgen K dostawa 12 razy na 36 miesięcy potrzeba 6 testów: 6 testów x 12 dostaw = 72 testy.

Korzystając z powyższych przykładów, należy wyliczyć ilość dodatkowych kart do zaoferowania.

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 1 zał. nr 2 do SWZ tj. formularz cenowy.

Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu cenowym dla Pakietu Nr 1 (załącznik nr 2 do SWZ) w poz. 26 „Antygen k z ukł.Kell” ilość 450 badań należy również wycenić odczynnik do oznaczania antygeny Kell „duże K” jak wynika z Tabeli 1. Przewidywana ilość asortymentu- wymóg graniczny (Opis przedmiotu zamówienia- immunotransfuzjologia, Załącznik nr 4 do SWZ) – poz. 26 „Fenotyp Kell (K, k)”?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w formularzu cenowym dla Pakietu Nr 1 (załącznik nr 2 do SWZ) w poz. 26 „Antygen k z ukł.Kell” ilość 450 badań należy również wycenić odczynnik do oznaczania antygeny Kell „duże K” jak wynika z Tabeli 1. Przewidywana ilość asortymentu- wymóg graniczny (Opis przedmiotu zamówienia- immunotransfuzjologia, Załącznik nr 4 do SWZ) – poz. 26 „Fenotyp Kell (K, k)”.

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 1 zał. nr 5 do SWZ tj. Warunki gwarancji i serwisu.

Prosimy o potwierdzenie, czy przez potwierdzenie certyfikatem wykonania czynności serwisowych zamawiający ro-

zumie wystawienie raportu serwisowego z wykonanych czynności wraz wpisem do paszportu technicznego urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie certyfikatem wykonania czynności serwisowych poprzez wystawienie raportu serwisowego z wykonanych czynności wraz z wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 1 zał. nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści, aby wymagana dokumentacja techniczna w szczególności instrukcje obsługi dla dzierżawionego sprzętu zostały udostępnione po zawarciu umowy w formie elektronicznej na nośniku CD / DVD / Pendrive jako alternatywa do podania adresu strony www?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 5 dot. pakietu 1 zał. nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o potwierdzenie, że w pkt 6 tabeli 8 - Parametry oceniane analizatora, sprzętu back-up i odczynników (załącznik nr 4 do SWZ) za jednorazowe naczynka do sporządzania zawiesin krwinek badanych, Zamawiający rozumie również dedykowane fabrycznie przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika zawarte w opakowaniach diluentu, który wykorzystywany jest do przygotowywania zawiesin krwinek badanych?

Odp. Zamawiający potwierdza, że w pkt 6 tabeli 8 - Parametry oceniane analizatora, sprzętu back-up i odczynników (załącznik nr 4 do SWZ) za jednorazowe naczynka do sporządzania zawiesin krwinek badanych, Zamawiający rozumie również dedykowane fabrycznie przez producenta oddzielne (jednorazowe) dla każdego badania porcje odczynnika zawarte w opakowaniach diluentu, który wykorzystywany jest do przygotowywania zawiesin krwinek badanych.

Pytanie nr 6 dot. pakietu 1 zał. nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzenie parametru z pkt 5 tabeli 8 - Parametry oceniane analizatora, sprzętu back-up i odczynników (załącznik nr 4 do SWZ) w zakresie terminu ważności oferowanych krwinek po dostawie możliwe było oświadczeniem złożonym przez autoryzowanego przedstawiciela producenta wyrobu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 dot. pakietu 1 nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą, o której mowa w Tabeli 6 załącznika nr 4 do SWZ o wymiarach zewnętrznych szerokość max 740, głębokość max 870 i wysokość max 2030?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 8 dot. pakietu 1 nr 4 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści klimatyzator, o którym mowa w Tabeli 7 załącznika nr 4 do SWZ o poziomie ciśnienia akustycznego (poziomu dźwięku) wynoszącego max. odpowiednio 40 / 34 / 26 / 22 dB(A) (Wysoki/Średni/Niski/Cichy) zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ.

Pytanie nr 9 dot. dot. pakietu 1

Czy z uwagi na specyfikę asortymentową wymaganego przedmiotu zamówienia (m. in. transport kart w pozycji pionowej) oraz cykl produkcyjny wyrobów, Zamawiający dopuści, aby sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu I, odbywały się nie rzadziej niż raz na miesiąc wg załączonego do oferty/dostarczanego raz w roku harmonogramu dostaw na dany rok kalendarzowy z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych na cito z terminem realizacji do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w SWZ .

Z poważaniem

Karina Suttor
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych

Z upoważnienia Dyrektora
Agnieszka Śniadała
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Otrzymują:

- 1) Dedykowana Platforma Zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_zgorzelec
- 2) A/a

Sprawę prowadzi: Karina Suttor