



Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza<sup>A</sup>  
w Chojnicach

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10

tel. centrala (0 52) 39 56 500

tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl



Chojnice, dnia 3 listopada 2023 r.

N/znak: FZAP-380-1/23/23

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o jakim stanowi art. 132 na dostawę opatrunków, serwet i obłóżek jednorazowych.**

I. Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, dalej Pzp) przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w niniejszym postępowaniu:

#### **Pytanie nr 1:**

##### **Pakiet 1, zadanie 3, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10x20cm w miejsce rozmiaru 15x20cm.

**Odpowiedź: Tak.**

#### **Pytanie nr 2:**

##### **Pakiet 2, zadanie 3, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm ( owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.

Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i serweta pod pacjentkę wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, połączonych w technice współwytłaczania.

Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo foliowe.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 3:**

##### **Pakiet 2, zadanie 3, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,.

Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 9**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnionym 174 cm H<sub>2</sub>O, poza obszarem wzmocnionym 129 cm H<sub>2</sub>O, spływ (run-off) 75%.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9x50cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm z paskiem samoprzylepnym 80cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>), chłonność 340%.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 6:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 11**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 13**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>), chłonność 340%.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 15**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą, umieszczonym centralnie.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>), odporność na przenikanie płynów 129 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 175/185 kPa.

Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 16**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11:**

**Pakiet 2, zadanie 3, poz. 19**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm ( +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12:**

**PAKIET nr 1**

**Zadanie 1, pozycja 23** – Czy nie zaszła omyłka i w tej pozycji miała być gaza niesterylna? Opakowanie 0,9m x 100mb wskazuje na gazę niesterylną, podczas, gdy w opisie widnieje gaza sterylna.

**Odpowiedź: Tak, jest to omyłka.**

**Pytanie nr 13:**

**PAKIET nr 1**

**Zadanie 1, pozycja 23**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia próbki dla wyżej wymienionej pozycji.

**Odpowiedź: Nie. Proszę o przysłanie min. 1mb x 0,9m.**

**Pytanie nr 14:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 1, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 100 x 150cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 15:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90x120cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 16:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x75cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 17:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 50x70cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 18:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 1, pozycja 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół Mayo w rozmiarze 80x145cm, wzmocnienie 60x145cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 19:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm, otwór przylepny  $\varnothing$  7 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 20:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 2, pozycja 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x90cm, otwór przylepny  $\varnothing$  otwór 6 cm x 8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 21:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 22:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm, chłonność 1177ml (0,152ml/cm<sup>3</sup>)?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serwetę pod rodzącą 114 x 150 cm, wzmocnioną, z workiem na płyny?
- 1 x serweta 150 x 100 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka 60 x 80 cm,
- 6 x ręcznik chłonny 25 x 20
- 1 x podkład 60 x 60 o chłonności 789 ml
- 1 x podkład 90 x 60 o chłonności 1177 ml?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 25:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 3 i 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu ze spodnią warstwą wykonaną z niebieskiej nieprzemakalnej folii, bez katalogowego opisu antypoślizgowa?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 26:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o chłonności 1326 g?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 27:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 5** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 60 x 180 cm, z wkładem chłonnym 60x88 cm, w całości wykonany z oddychającej włókniny, wyposażony w zakładki umożliwiające zawinięcie podkładu pod materac w celu trwałego umocowania produktu. Wkład chłonny wyposażony w superabsorbent SuperCore umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność min. 1600 ml?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 28:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny złożony z 5 warstw: folia PE, wata celulozowa, pulpa celulozowa, SAP (superabsorbent), włóknina polipropylenowa. Wymiary 100x225cm, chłonność 3820,18ml. Wkład chłonny o wymiarach 50x208cm zawiera pulpę celulozową i superabsorbent. Waga podkładu 280g (+/- 5g).

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 29:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1600ml?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 30:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 9** – Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

Powyższe serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup> i chłonności 680%, zintegrowane z organizatorami przewodów, łączna gramatura w strefie wzmocnienia 130g

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 45g/m<sup>2</sup>
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, czerwona, składana teleskopowo
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65x190cm

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 9** – Czy zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą foliową torbę ze wstawką Tyvek?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 32:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 33:**


**PAKIET nr 2**

**Zadanie 3, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?




Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 34:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzuszny o średnicy 6 cm oraz kroczyowym o średnicy 3 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów.
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma typu rzep 2x22cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.



Serweta główna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona w dwa wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H<sub>2</sub>O.

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie nr 35:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 16, 17** – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą foliową torbę ze wstawką Tyvek ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie nr 36:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 17** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:



- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 37:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 17** – Czy Zamawiający dopuści serwetę główną wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H<sub>2</sub>O. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 38:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 21** – Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy, w zestawie znajduje się pojemnik trójkomorowy (w ramach blistera):

- 3x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 5x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1x Serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa chłonność 600 %, 60g/m<sup>2</sup>
- 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm, chłonność 600%, gramatura 60g/m<sup>2</sup>
- 1x Pęseta plastikowa niebieska 13cm
- 1x Pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki metalowa 14,5cm
- 1x Iglotrzymacz MAYO HEGAR metalowy 15cm
- 1x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm
- 1x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 39:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 23** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety dwuwarstwowej z warstwą celulozową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> oraz chłonności 180%?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 40:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 23** – Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 75cm x 80 cm z otworem o średnicy 6cm x 15cm oraz przylepcami na rogach o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> oraz chłonności 350%?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 41:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 23** – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierów-foliowy, w zestawie dołączony jest pojemnik 3-komorowy (w ramach blistera)?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 42:**

**PAKIET nr 2**

**Zadanie nr 3, pozycja 26** – Czy Zamawiający dopuści podkład dla noworodka o chłonności 789 ml?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 43:**

**PAKIET 2 Zadanie 1 pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 44:**

**PAKIET 2 Zadanie 1 pozycja 5** Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową w rozmiarze 70x50 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 45:**

**PAKIET 2 Zadanie 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 30x40 cm z otworem 6x8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 46:**

**PAKIET 2 Zadanie 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75 cm z otworem 5x6 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 47:**

**PAKIET 2 Zadanie 2 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x60 cm z otworem 6x8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 48:**

**PAKIET 2 Zadanie 2 pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 cm z otworem 6x8 cm lub o średnicy 8 cm?

**Odpowiedź: Nie.**


**Pytanie nr 49:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup> (Biflex) i 83g/m<sup>2</sup> (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 50:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z taśmą przylepną pakowaną osobno?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 51:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne z niebieską warstwą spodnią, o chłonności minimalnej 720 ml (+/- 100 ml), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 52:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 4** Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne o chłonności minimalnej 1000 ml (+/- 100 ml), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 53:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 6** Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne o chłonności min. 9000 ml, potwierdzoną przez akredytowane laboratorium, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 54:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 7** Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne o chłonności min. 9000 ml, potwierdzoną przez producenta podkładu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 55:**


**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 9** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;

- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;



?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 56:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 10** Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych zawierający dwie włókninowe OP taśmy 10x50, pozostałe składowe zgodnie z wymaganiami?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 57:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 10** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu gramatury serwety w polu krytycznym 155 g/m<sup>2</sup>, ze względu na brak wymagania w składzie zestawu serwet wzmocnionych, z padami chłonnymi?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**


**Pytanie nr 58:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 11** Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji brzuszno-kroczych z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 przylepna kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 180/240 x 280 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończynie, otworem przylepnym 30 x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną i otoczonym padem chłonnym 50 x 55 cm oraz otworem przylepnym 12 x 15 cm otoczonym padem chłonnym z płachtą umożliwiającą zakrycie otworu. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.;



**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**


**Pytanie nr 59:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii stawu kolanowego z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300 cm ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm



**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 60:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 13** Czy Zamawiający dopuści zestaw z gramaturą min. 152 g/m<sup>2</sup> w polu krytycznym?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 61:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 17** Czy Zamawiający dopuści zestaw do PCNL składający się z serwety trójwarstwowej z przylepcem o wymiarach 180x300 cm z otworem przylepnym 15x20 cm i kieszenią na płyny z kształtką, serweta o gramaturze 83 g/m<sup>2</sup>, chłonność 455 ml/mkw, odporność na przenikanie cieczy 215 cm H<sub>2</sub>O oraz serwety na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 62:**

**PAKIET 2 Zadanie 3 pozycja 2, 9, 10, 11, 13, 17** Czy Zamawiający dopuści min. 2 etykiety na opakowaniu zestawów?

**Odpowiedź: Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

**Pytanie nr 63:**

**PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW SWZ XX Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert – Punkt 4.5 Termin płatności**

Zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790) „Art. 8. 2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego.”

W związku z powyższym prosimy o zmianę kryteriów oceny w zakresie terminu płatności na 60 dni z maksymalną ilością punktów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Takie kryteria zdecydował się zastosować zamawiający.**

**Pytanie nr 64:**

**Pytania dotyczące umowy:**

Czy Zamawiający dopuści dostawy w dni robocze do godz. 15.00 (§2 ust. 4)?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 65:**

**Pytania dotyczące umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 3) wyrażenia „10% (dziesięć procent) ogólnej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4” na „10% (dziesięć procent) niezrealizowanej wartości zamówienia netto, o której mowa w § 1 ust. 4”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 66:**

**Pytania dotyczące umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust. 2 na: "Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie <https://stat.gov.pl/> (wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”), za okres począwszy od miesiąca następującego po zawarciu niniejszej umowy lub od miesiąca następującego po ostatniej zmianie cen, wyniesie co najmniej wartość 105,0 - wówczas ceny jednostkowe wzrosną o 3% (w zaokrągleniu do pełnych groszy) począwszy od następnego miesiąca. Wzrost wynagrodzenia zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy.”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 67:**

**Pytanie do Pakietu Nr 1 Zadanie Nr 9**

**Pozycja 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pełnych opakowań zbiorczych (20 szt. w jednym opakowaniu) dla opatrunku Opsite Post op Visible dla rozmiarów 15 x 10cm, 25 x 10 cm, 30x10.

Wykonawca może zaproponować pełne opakowanie, czyli 20 sztuk, przeliczenie nastąpi zgodnie z ilością określoną przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 68:**

**PAKIET NR 1**

**Zadanie nr 5**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Plastra wodoodpornego z elastycznej folii poliuretanowej w rozmiarach 25 mm x 72 mm (8 x) 30 mm x 40 mm (6 x) i 40 mm x 60 mm (6 x).

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 69:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 1**

**Poz. nr 5** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety 2 warstwowej jałowej o odporności na przenikanie cieczy 158cm H<sub>2</sub>O ? Pozostałe parametry serwety bez zmian

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 70:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 1** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 cm x 75 cm, z otworem przylepnym, z możliwością dostosowania średnicy otworu? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 71:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 cm x 60 cm, z otworem przylepnym  $\varnothing$  7 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 72:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z otworem przylepnym  $\varnothing$ 10 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 73:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 2**

**Poz. nr 4** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 cm x 90 cm, z otworem przylepnym  $\varnothing$  7 cm? Pozostałe parametry serwet bez zmian

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 74:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do cięcia cesarskiego, w którym serweta na stół instrumentariuszki ma rozmiar 150cm x 200 cm oraz serweta główna w rozmiarze zgodnym z SWZ ma otwór 29 x 19 cm.

Pozostałe parametry serwet i skład zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 75:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet uniwersalnych wykonanego z laminatu o gramaturze serwet w polu krytycznym 110 g/m<sup>2</sup>, o chłonności 386 ml/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 76:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 10** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet uniwersalnych, w którym w zamian za serwetę samoprzylepną 170–180 x 175–200 cm jest serweta w rozmiarze 200 x 200 cm. Pozostały skład zestawu i rozmiar serwet bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, jeżeli jest to serweta samoprzylepna.**

**Pytanie nr 77:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 12** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet do artroskopii stawu barkowego, w którym serweta główna ma rozmiar 225 x 400 cm oraz który zawiera w swoim składzie nie 2, a 1 przylepiec 10 x 50 cm. Pozostały skład zestawu i rozmiar serwet bez zmian

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 78:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 14** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii odbytnicy, w którym serweta główna ma rozmiar 250/260 x 290 cm, okno 28 x 32 cm i 15 x 12cm. Zestaw zawiera w swoim składzie nie 2, a 4 ręczniki oraz dodatkowo 2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm. Pozostały skład zestawu i rozmiar serwet bez zmian

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 79:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 21** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

1 x plastikowe kleszczyki, anatomiczne, 14 cm

1 x metalowa pęseta typu Adson, prosta, 12 cm,

6 x tufery gazowe, wielkości śliwki, 20-nitkowe, (ok. 20x20 cm po rozwinięciu)

1 x metalowy igłotrzymacz, 12 cm

1 x metalowe nożyczki ostre/ostre z osłonką na końcówkach ostrzy, proste, 11,4 cm



1 x serweta 50cm x 50 cm, z centralnym przyklepnym otworem 10 cm x 5 cm. Laminat dwuwarstwowy włóknina PP/ folia PE, o gramaturze 36 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 129,8 cm H<sub>2</sub>O.

1 x serweta nieprzylepna 60 cm x 60 cm. Laminat dwuwarstwowy włóknina PP/ folia PE, o gramaturze 36 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 129,8 cm H<sub>2</sub>O.

1 x igła podskórna, zielona, 21 G x 1 1/2 (0,8 x 40 mm) ( zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G x 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

1 x strzykawka Luer Lock 10 ml ( zapakowana), strzykawka 3-częściowa, transparentna

Opakowanie typu twardy blister z 3 wgłębieniami. Oznakowanie zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 80:**

**PAKIET NR 2**

**Zadanie nr 3**

**Poz. nr 23** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wkłucia lędźwiowego o następującym składzie:

1 x serweta nieprzylepna, 75 cm x 90 cm. Laminat dwuwarstwowy włóknina PP/ folia PE, o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, chłonność 156 ml/m<sup>2</sup>.

1 x kleszczyki plastikowe, anatomiczne, 14 cm, proste, niebieskie

6 x tufery gazowe wielkości śliwki, 20-nitkowe (po rozwinięciu 20x20 cm)

1 x Serweta 75 cm x 90 cm, epiduralna, otwór 12 cm x 15 cm, przyklepny brzeg. Laminat dwuwarstwowy włóknina PP/ folia PE, o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, chłonność 156 ml/m<sup>2</sup>.

1 x strzykawka Luer Lock 5 ml ( zapakowana), 3-częściowa, transparentna

1 x igła podskórna, czarna, 22G 1 1/4 (0,7x30 mm) (zapakowana)

1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)

1 x sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2 cm x 5 cm, zapakowany

Zestaw zapakowany zgodnie z wymaganiami SWZ

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 81:**

Pakiet 1 zadanie 1 poz. 14-17,

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji wyroby z gazy niejałowej - sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 aktualnie zostały zaseregowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 82:**

Pakiet 1, zadanie 1, poz. 19

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 83:**

Pakiet 1, zadanie 1, poz 1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 84:**

Pakiet 1 zadane 1, poz. 1-8,14-17,23,

Czy zamawiający wydzielili poz. 1-8,14-17,23 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.  
**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 85:**

Pakiet 1, zadanie 2, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 86:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym

1x kocyk dla noworodka 100x105 cm

2x ręcznik chłonny 20x30 cm

1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270 $^{\circ}$  z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65 $\pm$  3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60  $\pm$  3cm. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m<sup>2</sup>) pozbawiona pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia  $\leq 1,9 \log_{10}$ ), boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezyjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 87:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x serweta na stół narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem

1x serweta na stół Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm  $\pm$  1cm

5x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm

1x osłona na kończynę 34x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony

1 x serweta 190x190 cm długość przylepca 85 cm

1x serweta górna 300x220  $\pm$  2cm długość przylepca 130 cm

1x serweta do operacji biodra 230x305 $\pm$  2 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100  $\pm$  2cm cm, z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie i obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U. Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni bilaminatu o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup>, niskim współczynnikiem pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ , wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. Obszar wzmocnienia bez wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze >121g/m<sup>2</sup> i wysokiej absorpcji > 700ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości 5cm zabezpieczającymi część lepną serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepną do aplikacji serwet na pacjencie. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z

portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 88:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

2x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 µm ze wzmocnieniem

1x serweta ortopedyczna na stół Mayo 80x145 cm z folii PE 70 µm, ze wzmocnieniem 100x75cm,

1x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna zabezpieczona trzema taśmami, które ułatwiają precyzyjną aplikację serwety łącznie z zaokrągleniami wycięcia U,

1x serweta górna 183x254 cm przylepna, z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa

1x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa

2x taśma przylepna 9x50 cm

2x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku  $\leq 1,9 \log_{10}$ , o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie chłonne (gramatura łączna 140 g/m<sup>2</sup>) o odporności na przenikanie płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O i wysokiej odporności na rozrywanie na mokro/sucho > 570 kPa. I klasa palności. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmą lepnią. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 89:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna (taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozrywanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ ). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach o szerokości ok. 5cm zabezpieczającymi część lepnią serwet pozwalające w rękawicach jednym ruchem odkryć część lepnią do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety

samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 90:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 91:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 92:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 93:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 94:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy oczekuje zestawu, którego etykieta pozwala na identyfikację składu zestawu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 95:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu ułatwienia aplikacji Zamawiający oczekuje serwet złożonych książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach lepnych o szerokości 5cm pozwalających w rękawicach jednych ruchem odkryć część do aplikacji serwet na pacjencie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 96:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm  
1x serweta górna 150x240 cm  
1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> ±1, dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów >180 cm H<sub>2</sub>O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 170 kPa), niepylącego (współczynnik pylenia ≤ 1,2 log<sub>10</sub>). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod EAN, następnie zbiorczo w karton. Sterylizacja EO.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 97:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 11**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm, 50 μ z folii PE ze wzmocnieniem

1x uchwyt na przewody typu rzep

1 x taśma lepna 9x50 cm

1 x przylepna, przezroczysta, dwukomorowa kieszeń na narzędzia 61x42,5cm

2 x ręcznik chłonny 39x58 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta do laparoskopii 255x306 cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem brzuszny 26x32cm i kroczy 15x18cm z klapką wykonana z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup>, o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log<sub>10</sub>, odpornego na penetrację płynów >178 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho min. 145 kPa .I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 98:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 160x240 cm z folii PE 90μm ze wzmocnieniem.

1x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE, ze wzmocnieniem 100x75cm,

3x serweta przylepna 90x75 cm dwuwarstwowa,

1x osłona na kończynę 20x96 cm,

2x taśma przylepna 9x50 cm

2x organizator przewodów typu rzep 2,5x23 cm,

1x serweta do barku 411x262 cm z elastycznym otworem w kształcie gruszki 14x14 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny oraz dwoma organizatorami przewodów typu rzep wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max.66 g/m<sup>2</sup>, pozbawionego pyjących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,9 log<sub>10</sub>, odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H<sub>2</sub>O, odpornego na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa, odpornego na rozciąganie wzdłużne na mokro/sucho min.88 N .I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 99:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stół Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z naciętą końcówką, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającą aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem  $\varnothing$  5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$  i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH<sub>2</sub>O i pojemność absorpcji >145 ml/m<sup>2</sup>. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 100:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

1x serweta na stół Mayo min 80x142 cm,

1 x serweta do zabiegów brzuszno - kroczywych 258/250x337cm, z osłoną ramion stołu i zintegrowanymi nogawicami z przylepnym otworem brzuszny 29x29cm i rektalnym 16x7cm ze zintegrowaną serwetką do przykrycia krocza wyposażoną w dodatkowy przylepiec na dolnym brzegu serwety, z obszernym wzmocnieniem chłonnym wokół otworów 60x170cm +/-2cm, z uchwytami na przewody typu rzep (3 szt.). Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne (zdolność absorpcji min. 400%) z laminatu o łącznej gramaturze min.115 g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O, odporności na rozerwanie na mokro/sucho 250 kPa. I klasa palności. Serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 101:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinieciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z

jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$ , odpornego na penetrację płynów  $> 175 \text{ cmH}_2\text{O}$ , odpornego na rozerwanie na mokro/sucho  $>145 \text{ kPa}$ . I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany podwójnie we włókninę następnie sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 102:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 125x230 cm z folii PE 50 $\mu\text{m}$  ze wzmocnieniem

2 x osłona na kończyny 79x140cm z włókniny SMMMS,

1 x serweta przylepna 45x50 cm z bilaminatu

1 x ręcznik chłonny 60x40cm +/- 2 cm z mikrościągą zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 74/137x192 cm w kształcie litery T do litomii z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +/- 1cm, wykonana z chłonnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66 g/m<sup>2</sup>,pozbawionego pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy (współczynnik pylenia $\leq 1,9 \log_{10}$ ), odpornego na przenikanie płynów powyżej 200 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałego na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień powyżej 570 kPa. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 103:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem

1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm, z nieprzylepnymi końcami z obu stron

1 x taśma typu rzep o jednoczęściowej konstrukcji, dzięki której podczas rozpięcia nie spowoduje dekompozycji na dwie części (zgrzew z jednej strony i nieprzylepna zaokrąglona 2 cm końcówka z drugiej) część dolna i górna taśmy 2,5x 14cm

2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrościągą zapobiegającą rozrywaniu

1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm z przylepcami do fiksacji, z przylepnym otworem brzuszny  $\varnothing 8 \text{ cm}$ , z przylepnym otworem na prącie  $\varnothing 5 \text{ cm}$ , z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora. Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia  $\leq 1,7 \log_{10}$  i wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 165 cm H<sub>2</sub>O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 104:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga serwety z długimi osłonami na kończyny > 130cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

**Pytanie nr 105:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 18**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1x Serweta na stół narzędziowy 140x190 cm, 50µm (owinięcie zestawu)

1x Osłona na stół Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem 55x88 cm

1x Uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13 cm

1x Ręcznik chłonny 20x30 cm rozłożony

1x Serweta pod pośladki z foli PE 96x126 cm, ze wzmocnieniem 37x52 cm i 24x52 cm

1x Serweta przyklepna 75x91,5 cm, trilaminat

1x Serweta ginekologiczna 260/280x261 cm, z otworem przyklepnym 10x11 cm (szerokie taśmy 5 cm), z taśmą przyklepną do fiksacji z fartuchem operatora 70 cm (szeroka taśma lepna 5 cm), ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 130 cm, trilaminat. Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnej, nieprzemakalnej, niepylącej włókniny trójwarstwowej bez zawartości pyłacej wiskozy i celulozy o gramaturze max. 66g/m<sup>2</sup> i wysokiej odporności na penetrację płynów >200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 106:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm

1 x serweta przyklepna 75 x 75 cm

1 x taśma przyklepna 9 x 50 cm

2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 200 x 300 cm do zabiegów na kończynie, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem 6 cm. Serweta wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów >178 cm H<sub>2</sub>O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatko z kodem EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 107:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x taśma przyklepna 10 x 50 cm



1 x serweta 221 x 328 cm, z elastycznym otworem  $\varnothing$  4 cm, ze wzmocnieniem wokół otworu 67 x 140 cm (poliester + wiskoza), 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej, paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem o łącznej gramaturze min.115 g/m<sup>2</sup> o odporność na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 108:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

2 x ampułko-strzykawka 10ml z wodą sterylną opakowanie peel pouch

1 x ampułko-strzykawka 10ml z żelom poślizgowym opakowanie peel pouch

1x sztywny blister 16x25 cm, który zawiera:

5 x kompresów z włókninowych 4W 7,5 x 7,5 cm

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm niebieskie

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm z bilaminatu, niebieska

1 x serweta chłonna 75 x 90 cm, z przylepnym otworem  $\varnothing$ 6cm z bilaminatu, niebieska

Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo foliowa zaopatrzona w dwie etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności i kod kreskowy. Klasa IIb zgodnie z art.22 Rozporządzenia 745/2017 . Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze 20 szt.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 109:**

**Pakiet 2 Zadanie 3 Pozycja 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

Serweta do nefroskopii 300x183 cm, ze wzmocnieniem chłonnym, z 4 klapkami 11x51 cm, owalnym otworem wypełnionym folia operacyjną 30x20 cm, z wycięciem o średnicy 5 cm, torbą na płyny 58x109 cm z filtrem i portem. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej 30x50cm +/-3cm o łącznej gramaturze min.140 g/m<sup>2</sup>, odpornym na penetrację płynów (min. 200 cm H<sub>2</sub>O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho (min. 407 kPa).

Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2. pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta, w tym 2 etykiety z dodatkowym kodem EAN. Sterylizacja EO. Pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzone certyfikatem.

1 x serwety na stolik instrumentariuszki 140x190 cm (pakowany osobno)

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605), zmienia treść Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 11 do SWZ w następującym zakresie:

**Było:**

**UWAGA:**

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

**Jest:**

**UWAGA:**

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym ~~lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)~~ i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

**mmmmm**

- III. Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Z poważaniem**

ca **DYREKTORA**  
d/s ekonomicznych  
Biuro Specjalistycznego im. J.K. Żukowicz  
w Popradzie  
ul. Frymark-Fifełska

## FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, na dostawę opatrunków, serwet i obłóżek jednorazowego użytku.

## I. OFERTĘ SKŁADA:

<p><u>Nazwa Wykonawcy</u></p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p><u>wpisany do:</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..... pod nr KRS ..... <b>miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:</b> .....</li> <li>• lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ..... <b>miejsce pobrania/uzyskania ww. dokumentu bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego:</b> .....</li> </ul>
<p>NIP PESEL (dotyczy osób fizycznych)</p>	
<p>REGON</p>	
<p>Adres:</p>	
<p>Telefon:</p>	
<p>Adres e-mail:</p>	
<p>Osoba do kontaktów: e-mail, telefon</p>	
<p>Wykonawca jest:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mikroprzedsiębiorstwem,</li> <li>• małym przedsiębiorstwem,</li> <li>• średnim przedsiębiorstwem,</li> <li>• jednoosobową działalnością gospodarczą,</li> <li>• osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,</li> <li>• innym rodzajem*</li> </ul>

\* niepotrzebne skreślić

## II. OFERTA WYKONAWCY

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę opatrunków, serwet i obłożeń jednorazowego użytku, składam (-y) niniejszą ofertę:

Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SWZ przy uwzględnieniu wszystkich składników związanych z realizacją przedmiotu zamówienia wpływających na wysokość ceny:

### **Pakiet nr 1**

Zadanie nr 1: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 2: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 1: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 2: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 3: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 4: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 5: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 6: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 4: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 5: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 6: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 7: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 8: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 9: ..... słownie.....

### **Pakiet nr 2**

Zadanie nr 1: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 2: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 1: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 2: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 3: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 4: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 5: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 6: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 7: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 8: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 9: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 10: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 11: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 12: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 13: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 14: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 15: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 16: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 17: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 18: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 19: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 20: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 21: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 22: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 23: ..... słownie.....

Zadanie nr 3 Pozycja nr 24: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 25: ..... słownie.....  
 Zadanie nr 3 Pozycja nr 26: ..... słownie.....

**Cena oferowana łącznie:** ..... słownie.....

**Powyższa cena zawiera podatek VAT.**

### III. OŚWIADCZENIA

- Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
- Oświadczam(-y), że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
- Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
- Oferowany termin realizacji zamówienia (w przedziale od 2 do 4 dni roboczych): .....dni roboczych.**
- Termin ważności wyrobu od momentu dostawy do Zamawiającego – poniżej 12 miesięcy – 0 pkt, minimum 12 miesięcy - 10 pkt (dot. Pakietu nr 1 zadania nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Pakietu nr 2 zadania nr 1, 2, 3): .....miesiący.**
- Termin realizacji reklamacji (w przedziale od 2 do 4 dni roboczych): ..... dni roboczych.**
- Oferowany termin płatności (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE):**
  - 80 dni
  - 85 dni
  - 90 dni
- Oświadczam(-y), że jesteśmy związani terminem związania ofertą określonym w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ.
- Informuję(-jemy), że zamierzamy\* / nie zamierzamy\* powierzyć części zamówienia podwykonawcom, jeżeli TAK, należy wypełnić poniższą tabelę;

Wykaz części zamówienia, które wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:

Lp.	Powierzona część zamówienia	Wartość lub procentowa część powierzonej części zamówienia	Nazwa podwykonawcy

- Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: .....  
 tel. .... faks:..... e-mail: .....
- Osoba upoważniona do realizacji umowy: .....  
 tel. .... faks:..... e-mail: .....
- Numer faksu ...../adres e-mail ....., na który Zamawiający będzie mógł składać zamówienia.
- Osoba upoważniona do podpisania umowy:.....
- Oświadczam(-y), że oferta nie zawiera/zawiera (*właściwe podkreślić*) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego. \*

L.P.	Nazwa dokumentu utajnionego	Uzasadnienie faktyczne i prawne	Dokument potwierdzający przyczynę i ważność utajnienia /dokument załączyć do oświadczenia/
1.			
2.			

15. Oświadczam(-y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
16. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- *W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę, której wybór spowodowałby powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając ofertę, składa oświadczenie, w którym informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (co oznacza, iż to na Zamawiającym będzie spoczywał obowiązek podatkowy i konieczność odprowadzenia przez Zamawiającego odpowiedniej kwoty podatku od towarów i usług, tzn. VAT do Urzędu Skarbowego), wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.*
17. Ofertę niniejszą składam(-y) na ..... stronach.
18. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
- 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....

\* *niepotrzebne skreślić*

Informacja dla Wykonawcy:

**UWAGA:**

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym ~~lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e dowód)~~ i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

.....  
Kwalifikowany podpis elektroniczny Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

**OŚWIADCZENIE Wykonawcy**  
**w zakresie przedmiotowych środków dowodowych**  
W związku z przystąpieniem naszej firmy:

.....

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
**DOSTAWA OPATRUNKÓW, SERWET I OBŁOŻEŃ JEDNORAZOWYCH**  
**(oznaczenie sprawy: FZAP-380-23/23)**  
**prowadzonego przez**  
**Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza**  
**ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice**

oświadczam/y, że:

1. **posiadam(-y) / nie posiadam(-y)\*** aktualny certyfikat CE, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną - dotyczy wyrobów medycznych, dla których obowiązek udziału jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności jest wymagany, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
2. **posiadam(-y) / nie posiadam(-y)\*** aktualną deklarację zgodności UE dla wyrobu medycznego, odpowiednio do klasy wyrobu.
3. oferowany przedmiot zamówienia został zgłoszony lub zostało złożone powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – *jeżeli dotyczy*.

Dokumenty, o których mowa powyżej będą przedstawiane Zamawiającemu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni w trakcie postępowania oraz podczas realizacji umowy. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

\*niewłaściwe skreślić

UWAGA:

1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Formularz oferty musi być opatrzony, przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym ~~lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)~~ i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

.....  
Kwalifikowany podpis elektroniczny  
Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy