

Olecko dnia 2023-09-15

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEN TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ V

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), pod nazwą: „**Dostawa nowoczesnego sprzętu na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z o. o.**”

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie art. 135 ust. 2 stawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), prostuje treść wyjaśnień SWZ część V opublikowanych dnia 11.08.2023 r. w związku z zaistniałą omyłką pisarską. Sprostowanie dotyczy pytania nr 13, tj:

Pytanie nr 13

Pytanie 2 dot. Kardiomonitora

Czy Zamawiający wymaga kardiomonitora o budowie kompaktowo – modułowej z możliwością zmiany modułów bez konieczności wyłączenia urządzenia na czas wymiany modułu ?

JEST:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

POWINNO BYĆ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

ZATWIERDZAM

Prokurent

/-/ Henry De Jesus Leon Rodriguez