



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99
www.pcmwołow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wołow.pl

Wołów, 29.09.2022 r.

14/PCM/2022/ZP/A

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania nr 14/PCM/2022/ZP/A Sukcesywna dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pakiet 35:

Pytanie 1 - Poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne z łopatkami o rozwarciu 8 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 - Poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne z łopatkami o rozwarciu 9 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 - Poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach 10, 15, 25 i 32 mm; śr. cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.





Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

Pytanie 4 - Poz. 4.

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicach 10, 15, 25 i 32 mm; śr. cewnika 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści pętle o śr. 2,4 mm; śr. pętli 10, 15 i 30 mm; bez funkcji płynnej rotacji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 - Poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania o śr. 0,6 mm lub 0,8 mm; dł. 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 - Poz. 7.

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną, śr. 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 - Poz. 8.

Czy Zamawiający dopuści chwytak o śr. 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 - Poz. 9.

Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 - Poz. 10.

Czy Zamawiający dopuści ustnik z otworem o średnicy 22x27 mm, każda sztuka pakowana w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze 100 szt.?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

4



Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o. o.

ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

tel. (0-71) 380-58-00, fax. (0-71) 389-27-99

www.pcmwolow.pl, e-mail: sekretariat@pcm-wolow.pl

Pytanie 11 - Poz.11.


Czy Zamawiający dopuści: zestaw jednorazowych szczoteczek do czyszczenia endoskopów zakończonych kulkami chroniącymi endoskop przed zarysowaniem: 1.szczotka krótka do portów z dwoma średnicami włosa 5mm i 12mm; długość części z włosiem 40mm oraz 2. szczotka do kanału długa, 230 cm o średnicy osłonki 1,8 mm i włosia 6 mm, długość części z włosiem 20mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


**PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI**
Piotr Burdach

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w WOŁOWIE sp. z o.o.
56-100 Wołów ul Inwalidów Wojennych 26
tel 71/380 58 01
WOJ DOLNOŚLĄSKIE
NIP:988-02-67-118 REGON:020749596
(2)

Sporządziła: Anna Chechelska, Tel: 71/ 38 05 807, e-mail: annachechelska@pcm-wolow.pl

