

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.30.D.2023, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 - Po przeanalizowaniu odpowiedzi, w związku z dokonanymi zmianami z dn.16.08.2023r. wpływającymi istotnie na Opis Przedmiotu Zamówienia, prosimy o doprecyzowanie czy odpowiedź z dn. 07.08.2023r. pytanie nr 5 jest wiążąca. Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-6. Jeśli nie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic jak poniżej:

Dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne , bezpudrowe , anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń ,elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne , mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5,5 - 9,0 , powierzchnia zewnętrzna teksturowana , obustronnie polimeryzowane ,sterylizowane radiacyjnie, długość rękawicy minimum 295mm, grubość na palcu 0,23 mm +/- 0,01 mm, dłoni 0,21 mm +/- 1 mm, poziom protein lateksu poniżej 10 ug/g. Zgodne z normą EN 455, 374-1:2016/Typ B;, badania na przenikalność wirusów zgodne z ASTM F1671 lub równoważne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIa oraz jako Środek Ochrony Osobistej Kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425 . Opakowanie wew. papierowe, zew. folia odporne na wilgoć. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, rozmiar, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE , normy, AQL. Pakowane po 50 par.

Prośbę swoją motywujemy, iż istotne zmiany w OPZ pojawiły się już po terminie zadawania pytań o wyjaśnienia treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem