



Projekt pt. „Zarybienia oparte na wiedzy – opracowanie procedur zarybieniowych w oparciu o badania molekularne poprzez utworzenie zaplecza laboratoryjnego, przeprowadzenie analiz molekularnych na potrzeby budowy baz genetycznych populacji troci wędrownej i łososi, ocena obecności migrantów i badanie efektywności zarybień na podstawie analizy rodzinowej” w ramach Programu Operacyjnego “Rybnictwo i Morze. Umowa o dofinansowanie nr 00003-6521.1-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 19.10.2021 r.

Zam. 45/2022/TP/ZONW

Olsztyn, dnia 09.09.2022 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym wariant I pt. *Dostawa aparatury badawczej w ramach wyposażenia pracowni badań DNA na potrzeby Instytutu Rybnictwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach projektu „Zarybienia oparte na wiedzy – opracowanie procedur zarybieniowych w oparciu o badania molekularne poprzez utworzenie zaplecza laboratoryjnego, przeprowadzenie analiz molekularnych na potrzeby budowy baz genetycznych populacji troci wędrownej i łososi, ocena obecności migrantów i badanie efektywności zarybień na podstawie analizy rodzinowej” w ramach Programu Operacyjnego “Rybnictwo i Morze. Umowa o dofinansowanie nr 00003-6521.1-OR1400001/20/21 zawarta w dniu 19.10.2021 r.*

ODPOWIEŹ NA PYTANIA NR 2

Zamawiający Instytut Rybnictwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), niniejszym wyjaśnia treść SWZ, odpowiadając na pytania zadane w toku postępowania.

Pytanie do Części nr 3 Termomikser

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenie z tempem ogrzewania próbek do 11°C/min?. Według naszej wiedzy tempo 18°C mają tylko urządzenia do ogrzewania/wytrząsania płytek, natomiast do probówek 1,5ml tempo ogrzewania jest wolniejsze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z tempem ogrzewania próbek do 11°C.


Pytanie do Części nr 7

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wagę o szalce ze stali nierdzewnej i wymiarach 130x130 mm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wagę o zaofierowanych parametrach.

DYREKTOR INSTYTUTU

Dz. Grzegorz Dietrich
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła Magdalena Zbrzeźna-Surowińska.....