

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych  
tel. 41 36 74 280

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: [zampubl@onkol.kielce.pl](mailto:zampubl@onkol.kielce.pl) / [justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl](mailto:justyna.magdziarz@onkol.kielce.pl)

IZP.2411.271.2024.JM

Kielce, dn. 03.12.2024 r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dot. postępowania na Zakup wraz z dostawą strzykawkę sterylnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1** Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę typu Janeta z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45° ze schodkiem.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 2** Pakiet 2, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę typu Janeta z jedną, skuteczną kryzą zabezpieczającą przed wysunięciem tłoka.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3** Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych jednostronną skalą.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4** Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych z pojedynczą skuteczną kryzą.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5** Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych ze skalą rozszerzoną 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24ml.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6** Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawkę dwuczęściowych posiadające tylko opakowanie zbiorcze oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru strzykawkę. W przypadku odmowy proszę o medyczne uzasadnienie.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

Odmienna koloryzacja opakowania pojedynczej strzykawki ułatwia identyfikację w zestawach pojedynczych produktów, np. pobieranie krwi. W pojedynczych/indywidualnych zestawach dla pacjentów nie korzysta się z opakowań zbiorczych.

**Pytanie 7** Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z prostym sztywnym tłokiem z przewężeniem w okolicy około 1 cm od końcówki Luer

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8** Pakiet 1, poz. 1.3-1.5, 4-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 100 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 9** Pakiet 1, poz. 1.2

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 10** Pakiet 1, poz. 1.2

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 80 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 11** Pakiet 1, poz. 4-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych ze skalą rozszerzoną 2-2,5ml, 5-6ml, 10-12ml.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12** Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawek do insuliny 1 ml/40 j.m 29G 0,33 x 12,7 mm zgodną z opisem:

Strzykawka trzyczęściowa do insuliny 1 ml

- z wtopioną igłą
- tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem
- działka elementarna 0.01 ml
- centrycznie umieszczony stożek LUER
- kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka
- opakowanie jednostkowe papier-folia
- tłok i cylinder z polipropylenu natłuszczone olejem silikonowym
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- bez lateksu
- Opakowanie zbiorcze po 100 sztuk

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 13** Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawek do insuliny 1 ml/40 j.m 0,4 x 13 mm zgodną z opisem:

STRZYKAWKA 1 ml/40 j.m INSULINOWA z igłą

- Trzyczęściowa ze stożkiem Luer

- Czytelna, nie zmywalna skala w kolorze czarnym
- tłok i cylinder z polipropylenu natłuszczone olejem silikonowym
- Tłok zakończony gumową końcówką
- Opakowanie folia-papier
- Dołączana igła iniekcyjna 0,4 x 13 mm
- Sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użycia, wolna od PVC i lateksu
- Działka elementarna – 1 l.U. = 0.025 ml
- Opakowanie zbiorcze 100 szt.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 14** Pakiet 1, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek 3 częściowym o objętości 50/60ml zgodnych z opisem do pomp infuzyjnych.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 15** Pakiet 1

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowej 50/60 ml, z tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 16 Pakiet 1** Poz. 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z przezroczystym tłokiem z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 17** Pakiet 1 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku, sterylnej, 3-częściowej, typu Luer, o pojemności 3 ml, skala 0,1 ml z przezroczystym tłokiem z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18** Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu Janeta - bez zawartości PCV, DEHP, Bisphenolu A, lateksu, ftalanów. Informacja o braku lateksu i DEHP nadrukowana na opakowaniu jednostkowym. Brak zawartości PCV, Bisphenolu A, ftalanów potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe, ponadto Zamawiający modyfikuje SWZ na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo poprzez dodanie do dokumentów przedmiotowych następującego oświadczenia:

Oświadczenie producenta potwierdzająca brak zawartości PCV, Bisphenolu A, ftalanów- Dotyczy Pakietu nr 2

**Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na następujące:**

- 1) zmianę terminu składania ofert tj. **do 11.12.2024 r. godz. 09.00,**
- 2) zmianę terminu otwarcia ofert tj. **11.12.2024 r. godz. 10:00,**

Oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę terminu związania z ofertą tj. **do 09.01.2025 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu.

**Pytanie 19** Dotyczy wzoru umowy § 2 ust 4

Prosimy o odstąpienie od telefonicznej formy składania zamówień na rzecz zamówień składanych drogą mailową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstępuje od telefonicznej formy składania zamówień.

**Pytanie 20**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 (1.2; 1.3; 1.4) strzykawki 2-częściowej z pojedynczą czarną skalą odpowiadającą jej pojemności, ze sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku z wcięciami w górnej części tłoka i przewężeniem w dolnej części tłoka. Na pojedynczej strzykawce (cylinderze) nadrukowana informacja z nazwą producenta, typ strzykawki na opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki tylko na opakowaniu zbiorczym. Etykietowanie produktu w języku polskim na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie 21**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1 (1.5) strzykawki 2-częściowej z pojedynczą czarną skalą odpowiadającą jej pojemności, ze sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku z wcięciami w górnej części tłoka i prostym tłokiem na końcu. Na pojedynczej strzykawce (cylinderze) nadrukowana informacja z nazwą producenta, typ strzykawki na opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki tylko na opakowaniu zbiorczym. Etykietowanie produktu w języku polskim na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie 22**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 2 strzykawki jednorazowego użytku, 3-częściowej, objętość 50/60 ml, wykonana - cylinder i tłok z polipropylenu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie 23**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 3 strzykawkę do insuliny jednorazowego użytku, jałowa, 3- częściowa, produkt niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pojemność 1ml z podziałką U 40, z zamontowaną igłą 30G1/2 – 0,30x13mm, nasadka igły żółta, fabrycznie zmontowana igła w jednym opakowaniu. Cylinder i tłok wykonane z polipropylenu, natłuszczone olejem silikonowym. Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez wypustki, łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki; czytelna, trwała i niezmywalna skala. Pakowana pojedynczo, opakowanie oryginalne: folia blisterowa. Opakowanie zbiorcze 120szt.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 (1.2; 1.3; 1.4; 1.5) pod pojęciem „zbieżność 6” rozumie końcówkę Luer Tip 6% nadrukowane na opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 4,5,6 wymaga aby do oferty dołączyć dokument producenta o ograniczeniu odpadów o 30% w porównaniu ze standardowymi strzykawkami?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodne z SWZ.

**Pytanie 26**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 4 strzykawki 3-częściowej pojemność 10 ml z końcówką typu Luer Tip(6%).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 27**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 5 strzykawki 3-częściowej z końcówką 5 ml typu Luer Tip(6%).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie 28**

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska w pakiecie 1 poz. 4 i Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką centryczną i ekscentryczną (do wyboru Zamawiającego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką centryczną lub koncentryczną i do wyboru przez Zamawiającego.

Powyższe odpowiedzi są wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Z poważaniem  
*Kierownik Działu Zamówień Publicznych*  
*Mariusz Klimczak*