

Zatwierdzam

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. **Przedmiotem zamówienia jest wzorcowanie w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji przepływomierza miernika wydatku energetycznego (typ MWE-1, nr fabryczny 463, wytwórca CB Electronics)**
  - II.
    1. Wzorcowanie przepływomierza ma polegać na wykazaniu błędów podczas próby powietrza przetłaczanego przez przepływomierz realizowanej w następujących punktach kontrolnych:
      - 10 dm<sup>3</sup>/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz;
      - 30 dm<sup>3</sup>/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz;
      - 60 dm<sup>3</sup>/min strumienia objętości powietrza przetłaczanego przez przepływomierz.
    2. W ramach oferowanej usługi wzorcowania poza akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji należy:
      - wyznaczyć błąd wskazań wentylacji w zakresie (10 ÷ 65) dm<sup>3</sup> w czasie 1 minuty;
      - wyznaczyć błąd wskazań wydatku energetycznego brutto w zakresie (2 ÷ 16) kcal/min.
- Błędy wskazań wentylacji i wydatku energetycznego należy wyznaczyć w zakresie temperatur powietrza od 5°C do 35 °C).*
- III. **Pozostałe wymagania Zamawiającego**
  1. Termin realizacji usługi – **14 dni roboczych**, licząc od dnia zaakceptowania zamówienia przez Wykonawcę.
  2. Termin płatności - **30 dni**, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.
  3. Zamawiający wymaga po wykonaniu usługi wzorcowania wystawienia świadectwa wzorcowania ze znakiem akredytacji.