

Konin, 23.10.2024 r.

WSZ-EP-51/1157/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa komory laminarnej w ramach doposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”, nr sprawy WSZ-EP-51/2024


Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 2

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Komora laminarna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innej technologii przy myciu szyby, która jest równie prosta i bezpieczna dla pracownika. Postępowanie podczas mycia przedstawiają rysunki poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Opis wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności w pkt. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Funkcja mycia szyby poprzez opuszczanie szyby poniżej blatu roboczego bądź podniesienie pokrywy przedniej”.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

*Osoba do kontaktu:
Żaneta Borowska
Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 240 -41-33*