



Wrocław, 17 września.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem dwóch aparatów do pomiaru zmian nasycenia tlenem, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.49.2021

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 38 - Pakiet nr 3 poz. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 10 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 38: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 39 - Pakiet nr 3 poz. 10 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny dren o długości 200cm ?

Odpowiedź na pytanie nr 39:Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 - Pakiet nr 40 poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 40 poz. 1 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?


Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie. Zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 41 - Pakiet nr 53 poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny resuscytator jednopacjentowy dla dorosłych, z rezerwuarem tlenowym 2600 ml, wykonany jest z nowoczesnego materiału SEBS (styren-etylen/butylen-styren). To tworzywo sztuczne jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z PCV. z zaworem ciśnieniowym, z przewodem tlenowym, z maską dla dorosłych w rozmiarze 5, z nadmuchiwanym mankietem., pojemność resuscytatora 1547ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku ?


Pytanie nr 42 - Pakiet nr 53 poz. 2-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny resuscytator jednopacjentowy dla noworodków, z rezerwuarem tlenowym 300 ml, wykonany jest z nowoczesnego materiału SEBS (styren-etylen/butylen-styren). To tworzywo sztuczne jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z PCV. z zaworem ciśnieniowym, z przewodem tlenowym, z maską dla noworodków, z nadmuchiwanym mankietem., pojemność resuscytatora 234ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku ?

Pytanie nr 43 - Pakiet nr 53 poz. 3-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny resuscytator jednopacjentowy pediatryczny, z rezerwuarem tlenowym 2600 ml, wykonany jest z nowoczesnego materiału SEBS (styren-etylen/butylen-styren). To tworzywo sztuczne jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska w porównaniu z PCV. z zaworem ciśnieniowym, z przewodem tlenowym, z maską dla dzieci, z nadmuchiwanym mankietem., pojemność resuscytatora 683ml; wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku ?

Pytanie nr 44 - Pakiet nr 71 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy ze złączami 22mmF jak na poniższym rysunku pasujący do respiratora Astral



Pytanie nr 45 - Pakiet nr 71 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy jak na poniższym rysunku pasujący do respiratora Astral (z oddzielnym drenem sterującym zastawką i drenem ciśnieniowym) ?



Odpowiedź na pytania nr 41 – 45 : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 - dotyczy Pakietu 47 WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optivantage i Optistar - Czy Zamawiający w pozycji nr 2 miał na myśli Strzykawkę Optivantage?

Odpowiedź na pytanie nr 46: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje pakiet 47 poz.2, który otrzyma poniższe brzmienie:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETRY DODATKOWE | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość ostateczna | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
|---|---|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|---|
| PAKIET 47 WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optivantage i Optistar CPV 33140000-3 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | Wkład o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, ostrze spike, z drenem Y 150 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym kompatybilny z strzykawką OPTIVANTAGE będącą własnością Szpitala | | sztuka | | 50 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

Pytanie nr 47 - dotyczy Pakietu47 WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ Optivantage i Optistar - Czy zamawiający dopuści w pozycji nr 4 oryginalny wkład do strzykawki o długości 230 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 47: Zanawiający dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

*Z upoważnienia Komendanta
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu
Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Piotr Strąk*