

DAG.261.7.2022

Koszalin, dnia 24.01.2022 r.

WYKONAWCY

Zamawiający Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie odpowiada na pytania wykonawców w postępowaniu na Dostawę wanny uchylniej i podnośnika transportowo-kąpielowego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź 1

Zamawiający kładzie nacisk na lekkość konstrukcji, co przekłada się na ergonomię i bezpieczeństwo pracy osób obsługujących urządzenie. W związku z tym nie dopuszcza się konstrukcji stalowej.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podnośnik z elektrycznie rozsuwaną podstawą w zakresie 39,5 cm ?

Odpowiedź 2

W opisie wskazano min. wymagania Zamawiającego. Zamawiający określa szczegółowo:

- wymiary podstawy jezdnej rozłożonej: 104-105cm,
- wymiary podstawy jezdnej złożonej: 54cm,
- zakres rozsuwania: 40cm-47cm.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie podnośnika wykonanego ze stali, malowanej epoksydowo.

Odpowiedź 3

Zamawiający kładzie nacisk na lekkość konstrukcji, co przekłada się na ergonomię i bezpieczeństwo pracy osób obsługujących urządzenie. W związku z tym nie dopuszcza się konstrukcji stalowej.

Pytanie 4

Prosimy o dopuszczenie ładowarki wbudowanej w podnośniku.

Odpowiedź 4

Zamawiający wskazał w opisie, że ładowarka ma być na wyposażeniu podnośnika.

Pytanie 5

Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji wysokości od 57 do 180 cm (zakres 123 cm).

Odpowiedź 5

W opisie wskazano min. wymagania Zamawiającego. Zamawiający określa szczegółowo zakres podnoszenia: 135cm-140cm. Dopuszczalny ciężar osoby podnoszonej: 230kg.

Pytanie 6

Prosimy o odstąpienie od wymogu: możliwość zastosowania bez ograniczeń pod prysznicem.

Odpowiedź 6

Zapis wynika z potrzeby Zamawiającego. Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu: system balansowy z blokadą zgodną z kierunkiem jazdy.

Odpowiedź 7

Zapis wynika z potrzeby Zamawiającego. Zamawiający nie odstępuje od tego wymogu.